

고유 번호	광주캠퍼스, 공과대학		호실	분야	부적합 사항
	학과	연구실명			
				소방	소화기 관리 및 점검 상태 미흡
				소방	소화기 내용연수 경과
1087	전기공학과	스마트그리드연구센터연구실	공6-501A	일반	연구실 내 취침
				일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
1090	전기공학과	전력ICT연구실	공6-503	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
				전기	분전반 회로별 명판 일부 미부착
				소방	소화기 관리 및 점검 상태 미흡
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
1095	전기공학과	실시간시뮬레이터실험실	공6-523	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
1097	전자공학과	RF/MW연구실	공6-703	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	연구실 바닥 전선 정리 미흡
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				전기	연구실 내 개인 전열기 비치
1098	전자공학과	안테나측정실실험실	공6-704	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	연구실 바닥 전선 정리 미흡
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				소방	소화기 미비치
1099	전자공학과	초고주파연구실	공6-705	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
1102	전자공학과	집적소자&회로연구실A	공6-709	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	정리 정돈 미흡
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				소방	소화기 관리 및 점검 상태 미흡
1103	전자공학과	차세대지능제어연구실	공6-711	일반	일상점검 미실시
				소방	소화기 미비치
				소방	피난구 유도등 파손
1112	전자공학과	집적소자&회로연구실	공6-719	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치

고유 번호	광주캠퍼스, 공과대학		호실	분야	부적합 사항
	학과	연구실명			
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
				전기	연구실 바닥 전선 정리 미흡
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				전기	분전반 회로별 명판 일부 미부착
				전기	분전반 "전기위험" 경고 표지 미부착
				소방	소화기 충전압력 미달
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
2047	전자공학과	하드웨어실습실	공6-813	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
				전기	멀티콘센트 파손
				전기	분전반 "전기위험" 경고 표지 미부착
				위생	구급용구 미비치
1122	전자공학과	하드웨어실습실	공7-221	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				일반	사전유해인자위험분석 미실시
				일반	유해인자 취급 및 관리대장 최신화 미흡
				화공	MSDS 미비치
				위생	흡후드 제어풍속 미흡(0.4 m/s 이하)
				위생	구급용구 미비치
1131	전자공학과	인공지능신호처리연구실A	공7-332	일반	일상점검 실시 미흡
				전기	전선 정리 필요
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
1132	전자공학과	정보통신연구실A	공7-333	일반	연구실 내 취침
				일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
1133	전자공학과	광대역무선통신연구실A	공7-334	전기	콘센트 고정 상태 부적합
1146	전자공학과	초고속집적회로및시스템연구 실	공7-423	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	전선 정리 필요
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
1147	전자공학과	광통신연구실	공7-424	일반	일상점검 실시 미흡
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
				위생	개인보호구 미비치
1149	전자공학과	영상정보처리시스템연구실A	공7-426	위생	용접 흄 제거 장치 미흡
				일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치

고유 번호	광주캠퍼스, 공과대학		호실	분야	부적합 사항
	학과	연구실명			
				일반	일상점검 미 실시
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				전기	연구실 내 개인 전열기 비치
				소방	피난구 유도등/유도표지 미 설치
2800	전자공학과	광대역무선통신연구실B	공7-433	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미 비치
2757	전자공학과	정보통신연구실B	공7-434	일반	연구실 내 취침
				일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미 비치
				일반	일상점검 미 실시
				전기	연구실 내 개인 전열기 비치
1153	전자공학과	영상정보처리시스템연구실B	공7-435	일반	연구실 내 취침
				일반	일상점검 미 실시
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				소방	피난구 유도등/유도표지 미 설치
1157	전자공학과	반도체소자연구실A	공7-502	일반	일상점검 실시 미흡
				일반	사전유해인자위험분석 미 실시
				일반	유해인자 취급 및 관리대장 최신화 미흡
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				전기	분전반 "전기위험" 경고 표지 미 부착
				화공	시약병(시약용기) 경고표지 미 부착
				화공	MSDS 미 비치
				화공	특별관리물질 취급일지 미 작성/미 고지
				화공	시약병 성상분리 보관 미흡(무작위 보관)
				소방	피난구 유도등/유도표지 미 설치
				가스	용기 충전기한 경과
				가스	용기 밸브 보호캡 미 체결
				위생	용접 흄 제거 장치 미흡
				위생	구급용구 미 비치
2748	전자공학과	인공지능신호처리연구실B	공7-503	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미 비치
				일반	일상점검 미 실시
				일반	안전관리규정 미 비치 / 미 업데이트
				일반	사전유해인자위험분석 미 실시
				일반	유해인자 취급 및 관리대장 미 비치
				전기	연구실 내 개인 전열기 비치
				화공	MSDS 미 비치
				소방	소화기 충전압력 미달
				소방	피난구 유도등/유도표지 미 설치
				위생	개인보호구 미 비치
				위생	용접 흄 제거 장치 미흡
				위생	구급용구 미 비치
2801	전자공학과	반도체소자연구실B	공7-505	일반	연구실 내 취침
				일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미 비치
				일반	일상점검 실시 미흡

고유 번호	광주캠퍼스, 공과대학		호실	분야	부적합 사항
	학과	연구실명			
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
1160	전자공학과	디지털통신연구실A	공7-601	일반	일상점검 미실시
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
2875	전자공학과	디지털통신연구실B	공7-605	일반	일상점검 미실시
				전기	콘센트 고정 상태 부적합
				화공	MSDS 미비치
				위생	개인보호구 미비치
				위생	용접 흠 제거 장치 미흡
				위생	구급용구 미비치
1164	전자공학과	디지털신호처리연구실	공7-701	일반	일상점검 실시 미흡
1165	전자공학과	지능전자연구실A	공7-702	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 실시 미흡
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				전기	콘센트 덮개 이탈
				전기	전선 정리 필요
1166	전자공학과	지능전자연구실B	공7-703	일반	일상점검 미실시
				전기	연구실 바닥 전선 정리 미흡
1006	측매연구소	측매연구소 실험분석실	공5-269	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				일반	사전유해인자위험분석 미실시
				일반	유해인자 취급 및 관리대장 미비치
				소방	소화기 미비치
				가스	가스용기 고정상태 부적합
1096	컴퓨터정보통신공학과	시스템반도체설계기술연구실	공6-702	일반	사고발생 비상대응 매뉴얼 미비치
				일반	일상점검 미실시
				일반	안전관리규정 미비치 / 미업데이트
				소방	소화기 미비치
				소방	피난구 유도등/유도표지 미설치
				위생	구급용구 미비치
1105	컴퓨터정보통신공학과	멀티미디어강의실(PC실습실)	공6-720	일반	일상점검 미실시
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출
				전기	전선의 절연 피복 상태 불량
				전기	연구실 바닥 전선 정리 미흡
				전기	분전반 회로별 명판 일부 미부착
				전기	분전반 도어 개폐 불량(잠금장치 불량)
				소방	소화기 미비치
				위생	구급용구 미비치
1106	컴퓨터정보통신공학과	시스템반도체설계기술연구실 A	공6-721	일반	일상점검 실시 미흡
				전기	분전반 차단기 충전부 일부 노출